



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.010.A № 31220/1

Срок действия до 02 июля 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерители энергии высоковольтного импульса ИЗВИ – 02 "ДИАМАНТ"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Диамант", г. Санкт-Петербург

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 37557-08

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

Раздел 14 "Методика поверки" Руководства по эксплуатации

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Свидетельство об утверждении типа переоформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2016 г. № 1168

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С.Голубев

..... 2016 г.

Серия СИ

№ 026855

Срок действия до 18 мая 2023 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2018 г. № 962

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С. Голубев

2018 г.